



NG	D	$\varnothing d$	b	c	SW	Anschluss
40	47	41	25	37	11	G1/8"
50	57	52	29	53	12	G1/8";G1/4"
63	68	61	29	58	14	G1/4"
100	112	100	30	94	22	G1/2"

	Tag	Name		Jako-Messtechnik GmbH Lamezanstrasse 14 A-1230 Wien
Gez.	15.02.2011	Tersch		
Gepr.	23.03.2011	Smegal		
Norm gepr.				
Maßstab 1:1	<h1>Standard-Glyzerinmanometer</h1>			Zeichnungs- Artikelnummer: Fig. 130
Allgemein- toleranzen				Version: 1
ISO 2768-c				Programmnummer: