



NG	D	D1	$\phi d$	b	h	s	LK	SW	Anschluss
50	57		52	29	53			12	G1/8";G1/4"
63	68	88	61	29	58	7	78	14	G1/4"
100	112		100	30	94			22	G1/2"

	Tag	Name		Jako-Messtechnik GmbH Lamezanstrasse 14 A-1230 Wien
Gez.	15.02.2011	Tersch		
Gepr.	23.03.2011	Smeqal		
Norm gepr.				Zeichnungs- Artikelnummer:
Maßstab	<b>Standard - Glyzerinmanometer m. 3-Loch Frontring</b>			<b>Fig. 137</b>
1:1				Version: 1
Allgemein- toleranzen				Programmnummer:
ISO 2768- c				